Приложение №1

ДО
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
АДРЕС: гр. Берковица ПК3500
пл. „Йордан Радичков“ № 4,

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет:
„Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица–Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел:5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564 / 09.05.2019 г.“

ОФЕРЕНТ: Булгехномед ООД

Седалище и адрес на управление: **гр. Пловдив ул. Богомил № 91,**

тел. **032/649803**, факс: **032/649805**, e-mail: office@bultechnomed.bg

ЕИК/БУЛСТАТ **115863679**,

Адрес за кореспонденция: **гр. Пловдив ул. Богомил № 91**

Представляващ оферента *(управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)* **Янко Борисов Бизов,**

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ВЕЛИСЛАВОВА,

Във връзка с публикувана от община Берковица покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: **„Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица–Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, код на проекта**

16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион", специфична цел:5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564 / 09.05.2019 г." представяме на Вашето внимание:

1. Техническо предложение /образец №2/, попълнено в съотвествие с предоставената от Вас техническа спецификация.
2. Ценово предложение /Образец №3/.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: тел. **032/649803**, факс: **032/649805**, e-mail: office@bultechnomed.bg

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация

Заличена информация на
осн. Чл.42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Подпис и г

Дата: 22/1(

Име и фамилия: Янко Бизов

Длъжност: Управител

Наименование на оферента: Бултехномед ООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на участника: **Булгехномед ООД**
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ул. Богомил № 91
Телефон: 032/649803
Факс: 032/649805
електронен адрес: office@bultechnomed.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
АДРЕС: гр. Берковица ПК3500
пл. „Йордан Радичков“ № 4,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“

От: **Бултехномед ООД**,
(Наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: **гр. Пловдив ул. Богомил № 91**,
ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: **115863679**,
ДДС №: **BG115863679**,
тел. **032/649803**, факс: **032/649805**, e-mail: office@bultechnomed.bg,
представлявано от **Янко Борисов Бизов**
в качеството му на **Управител**

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ВЕЛИСЛАВОВА,

Във връзка с публикувана от община Берковица покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“

Декларираме, че сме запознати и приемаме изцяло условията на поканата за участие в пазарната консултация.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пълен обем всички дейности от услугата, предмет на настоящата покана, в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби на действащото законодателство.

Известно ми е, че настоящата оферта е индикативна и че Възложителят ще предприеме действия, с които да гарантира, че лицата, участвали в настоящите пазарните консултации, нямат предимство пред останалите кандидати или участници в последващо възлагане на обществената поръчка. Тези действия включват публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.

Информирана съм, че съгласно член 44, ал. 5 от ЗОП, в случай че с извършването на действия по член 44, ал. 3 и/или 4 от ЗОП, Възложителят не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, в качеството ми на оферент, участвал в настоящите пазарни консултации, ще бъда отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не мога да докажа, че участието ми не води до нарушаване на този принцип.

Декларираме, че сме съгласни срока на валидност на нашата оферта да бъде **90 *(деветдесет)*** календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертата за участие в пазарната консултация.

Предложение за изпълнение на поръчката: /в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя в свободен текст/
Приложена е попълнена техническа спецификация.

ПОДПИС И ПЕ
Дата: 22/10/2019г
Име и фамилия:
Длъжност: Управител

Заличена информация на
осн. Чл.42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Проект **HEALTHEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ" (HEALTHEFF)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион", специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г."

Обект на поръчката: доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ" (HEALTHEFF)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион", специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, съгласно договор № 64564/09.05.2019 г."

Описание на предмета на обществената поръчка: настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението проект "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ" (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/09.05.2019 г. в рамките на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос: 5 „Ефективен регион", специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество. Предметът на поръчката включва доставка на Мобилен кардиологичен център, Дигитален графичен рентгенов апарат, Пациентски монитори 4 бр., Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, Транспортен инкубатор за новородени, Автоклав, Ултразвуков инхалатор, Транспортен респиратор.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

I. Минимални технически изисквания

1	**Мобилен кардиологичен център** Фабрично нов автомобил, произведен не по-рано от 2019г. Тип двигател: Турбо дизел • Мощност на двигателя: минимум 100 kW • Обем на двигателя: минимум 2л. • Ръчна или автоматична скоростна кутия: 6 предавки напред и една задна предавка • Стандарт за опазване на околната среда: EURO 6 • Полезен товар на шасито: минимум 1500кг и дължина на междуосието минимум 4300мм. Изисквания на кабината на водача • Цвят на кабината: бял • Брой места в кабината: 1 + 2 • Волан със серво усилвател • Седалката на водача трябва да бъде регулируема по височина • Триточкови предпазни колани за водача и пътниците • Въздушна възглавница на водача • Климатик за кабината на водача • Централно заключване с дистанционно управление • Електрически странични прозорци • Електрически регулируеми и отопляеми огледала	**Мобилен кардиологичен център** Шаси RENAULT MASTER Фабрично нов автомобил, произведен не по-рано от 2019г. Тип двигател: Турбо дизел • Мощност на двигателя: 100 kW • Обем на двигателя: 2.3 л. • Ръчна скоростна кутия: 6 предавки напред и една задна предавка • Стандарт за опазване на околната среда: EURO 6 • Полезен товар на шасито: 2375кг и дължина на междуосието минимум 4332мм. Изисквания на кабината на водача • Цвят на кабината: бял • Брой места в кабината: 1 + 2 • Волан със серво усилвател • Седалката на водача е регулируема по височина • Триточкови предпазни колани за водача и пътниците • Въздушна възглавница на водача • Климатик за кабината на водача • Централно заключване с дистанционно управление • Електрически странични прозорци • Електрически регулируеми и отопляеми огледала • Електронен имобилайзър

	• Електронен имобилайзър Изисквания към конструкцията материали и структура • Надстройката трябва да бъде изградена върху рамка от високоякостни метални профили. • Стените на надстройката трябва да имат облицовка от пожароустойчив материал с минимална дебелина на топлоизолацията 40 mm • Задното отделение да е облицовано отвътре с пожароустойчив материал от типа „GRP“ – или еквивалент, боядисан в бяло и лесен за почистване с антибактериални дезинфектанти. • Подовата настилка е изградена от влагоустойчив шперплат от морски клас, покрит с непромокаема, антистатична, лесна за почистване не плъзгаща повърхност с повдигнати ръбове. • Вътрешна дължина на надстройката: мин. 4300 мм; • Вътрешна височина на надстройката: мин. 2000 мм • Вътрешна ширина на надстройката: мин. 2000 мм Електрическа инсталация • Независима електрическа инсталация за надстройката • Разпределително табло с електрически предпазители и индикация за паднал предпазител или авария разположено на лесно-достъпно място в кабината на водача или в надстройката.	Изисквания към конструкцията материали и структура • Надстройката ще бъде изградена върху рамка от високоякостни метални профили. • Стените на надстройката имат облицовка от пожароустойчив материал с дебелина на топлоизолацията 40 mm • Задното отделение да е облицовано отвътре с пожароустойчив материал от типа „GRP“, боядисан в бяло и лесен за почистване с антибактериални дезинфектанти. • Подовата настилка е изградена от влагоустойчив шперплат от морски клас, покрит с непромокаема, антистатична, лесна за почистване не плъзгаща повърхност с повдигнати ръбове. • Вътрешна дължина на надстройката: 4300 мм; • Вътрешна височина на надстройката: 2000 мм • Вътрешна ширина на надстройката: 2000 мм Електрическа инсталация • Независима електрическа инсталация за надстройката • Разпределително табло с електрически предпазители и индикация за паднал предпазител или авария разположено на лесно-достъпно място в кабината на водача или в надстройката. • Допълнителна батерия 80 ампер /ч от типа AGM. • Автоматично електронно зарядно устройство за батерии.

	• Допълнителна батерия 80 амп /ч от типа AGM или VRLA или еквивалент. • Автоматично електронно зарядно устройство за батерии. • Ръчно прекъсване за електрическа система - главен прекъсвач. • Инвертор 12v / 220V 1000w • 4 x 220V електрически контакти • 230V-външен контакт с автоматичен предпазител и прекъсване на пускането на двигателя при включено външно захранване поне IP55 прахо и водо защитен или еквивалент • 25m кабел за външно 220V захранване на макара с поне IP44 степен на защита или еквивалент • Светлина: Всички светлинни източници на борда трябва да са енергоспестяващи Отопление и климатизация • Надстройката трябва да бъде оборудвана с подходяща система за отопление / охлаждане с термостат, за да се осигури постоянна вътрешна температура от 23 ° ± 2 ° C в стационарно състояние и външно 220V захранване. • Вентилация: монтиран на покривът или отстрани електрически вентилатор трябва да осигурява свеж въздух при нужда. Диагностично оборудване • Работна маса с лаптоп, принтер и стол за регистрация на пациента и оценка на резултатите от изследването. • Кушетка за прегледи с една подвижна секция и натоварване ≥ 180kg • 12-канален ЕКГ апарат за ЕКГ преглед, Цветен дисплей ≥ 8 ", 12-канален запис на ЕКГ , режим ЕКГ холтер, режим ЕКГ мониторинг,	• Ръчно прекъсване за електрическа система - главен прекъсвач. • Инвертор 12v / 220V 1000w • 4 x 220V електрически контакти • 230V-външен контакт с автоматичен предпазител и прекъсване на пускането на двигателя при включено външно захранване IP55 прахо и водо защитен • 25m кабел за външно 220V захранване на макара с IP44 степен на защита • Светлина: Всички светлинни източници на борда ще бъдат енергоспестяващи Отопление и климатизация • Надстройката ще бъде оборудвана с подходяща система за отопление / охлаждане с термостат, за да се осигури постоянна вътрешна температура от 23 ° ± 2 ° C в стационарно състояние и външно 220V захранване. • Вентилация: монтиран на покривът или отстрани електрически вентилатор ще осигурява свеж въздух при нужда. Диагностично оборудване • Работна маса с лаптоп, принтер и стол за регистрация на пациента и оценка на резултатите от изследването. • Кушетка за прегледи с една подвижна секция и натоварване 180kg • 12-канален ЕКГ апарат **Chiller ARGUS PRO** за ЕКГ преглед, Цветен дисплей 8.4 ", 12-канален запис на ЕКГ , режим ЕКГ холтер, режим ЕКГ мониторинг, вграден термален принтер 6 канала, ЕКГ хартия 100 mm, вградена функция дефибрилация с максимална енергия 200 джаула и външна

	вграден термален принтер ≥ 6 канала, ЕКГ хартия ≥ 100 mm, вградена функция дефибрилация с максимална енергия минимум 200 джаула и външна пейсър. Вграден 3G ГСМ модем за предаване на данни в реално време, предаване в реално време на 12-канално ЕКГ, мониторинг ЕКГ и информация за пациента. Уеб-базиран клиентски софтуер за телемедицина в реално време. Настолен Pc-софтуер за архивиране на ЕКГ, преглед, измерване и анализ. • Ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ Мобилна цифрова платформа тип лаптоп. Кадрова честота до минимум 1400 Hz Пълен честотен обхват минимум 1-22 MHz показван на екрана. Динамичен обхват минимум 250dB Основен дисплей с висока резолюция мин. „FullHD“ -1920x1080 с възможност за прибиране към клавиатурата и странична ротация. Цветен сензорен екран за избор на режим и параметри Софтуер за сърдечен и съдов анализ Режими: 2D, M-мод, PW(пулсов доплер), CW(продължителен доплер), HPRF (високоскоростен пулсов доплер), Color (цветен доплер), Power (Мощностен доплер), Directional Power doppler (дирекционален мощностен доплер) Трансдюсер с фазова матрица за сърдечни изследвания от 1 до 4 MHz показвани на екрана Линеен Трансдюсер за съдово изследване от 6 до 19 MHz показвани на екрана • Велоергометърна система за стрес тест Компютъризиран ЕКГ стрес-тест, състоящ се от ЕКГ усилвател, компютърен	пейсър. Вграден 3G ГСМ модем за предаване на данни в реално време, предаване в реално време на 12-канално ЕКГ, мониторинг ЕКГ и информация за пациента. Уеб-базиран клиентски софтуер за телемедицина в реално време. Настолен Pc-софтуер за архивиране на ЕКГ, преглед, измерване и анализ. • Ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ **Mindray M9** Мобилна цифрова платформа тип лаптоп. Кадрова честота до 1400 Hz Пълен честотен обхват 1-22 MHz показван на екрана. Динамичен обхват 250dB Основен дисплей с висока резолюция. „FullHD“ -1920x1080 с възможност за прибиране към клавиатурата и странична ротация. Цветен сензорен екран за избор на режим и параметри Софтуер за сърдечен и съдов анализ Режими: 2D, M-мод, PW(пулсов доплер), CW(продължителен доплер), HPRF (високоскоростен пулсов доплер), Color (цветен доплер), Power (Мощностен доплер), Directional Power doppler (дирекционален мощностен доплер) Трансдюсер с фазова матрица за сърдечни изследвания от 1 до 4 MHz показвани на екрана Линеен Трансдюсер за съдово изследване от 6 до 19 MHz показвани на екрана • Велоергометърна система за стрес тест **BTL CardioPoint-ECG C300** Компютъризиран ЕКГ стрес-тест, състоящ се от ЕКГ усилвател, компютърен софтуер и аксесоари. Персонализиран потребителски интерфейс

	софтуер и аксесоари. Персонализиран потребителски интерфейс Усъвършенстван ЕКГ мониторинг с 12 канала Усъвършенствана оценка на ЕКГ. Автоматичен протокол за стрес-тест (KUP 2008 или еквивалент) – софтуера да разполага с протокол за тест, който променя натоварването (стъпално) на базата на прогнозата за максималното натоварване на пациента. Възможност за записване на CD или DVD в архив с данни за пациента и изследването. Вело-ергометър с програмируемо натоварване от 25 до 400 W	Усъвършенстван ЕКГ мониторинг с 12 канала Усъвършенствана оценка на ЕКГ. Автоматичен протокол за стрес-тест (KUP 2008 или еквивалент) – софтуера да разполага с протокол за тест, който променя натоварването (стъпално) на базата на прогнозата за максималното натоварване на пациента. Възможност за записване на CD или DVD в архив с данни за пациента и изследването. Вело-ергометър **Ergoselect 100** с програмируемо натоварване от 6 до 999 W
2	**Дигитален графичен рентгенов апарат** 2 детектор панела с размер: 17"x 17" DICOM Модалност Работен списък DICOM принт DICOM съхранение Дистанционен сервиз WiFi рутер Автоматично презареждане на детектора, когато детекторът е в букито Резолюция≥ 3000x3000 пиксела 4-посочно плаващ мобилен плот на рентгеновата маса Стълб колонна на рентгеновата тръба с плъзгане по релси +/- 90 ° въртене по вертикалната ос. Електромагнитни спирачки Вертикален буки статив с Растер	**Дигитален графичен рентгенов апарат** **Villa Moviplan DR** 2 детектор панела с размер: 17"x 17" DICOM Модалност Работен списък DICOM принт DICOM съхранение Дистанционен сервиз WiFi рутер Автоматично презареждане на детектора, когато детекторът е в букито Резолюция 3000x3000 пиксела 4-посочно плаващ мобилен плот на рентгеновата маса Стълб колонна на рентгеновата тръба с плъзгане по релси +/- 90 ° въртене по вертикалната ос. Електромагнитни спирачки Вертикален буки статив с Растер

	Микропроцесорно контролиран високочестотен рентгенов генератор; APR; Генератор 50kw, Трифазен Рентгенова тръба с въртящ се анод Топлинен капацитет на тръбата ≥ 300KHU AEC йонизационни камери DAP метър Ръчен колиматор Работна станция със специален софтуер за придобиване и преглед Избраният изпълнител следва да представи всички необходими документи за лицензиране на рентгеновия апарат.	Микропроцесорно контролиран високочестотен рентгенов генератор; APR; Генератор 50kw, Трифазен Рентгенова тръба с въртящ се анод Топлинен капацитет на тръбата 300KHU AEC йонизационни камери DAP метър Ръчен колиматор Работна станция със специален софтуер за придобиване и преглед Ако бъдем избрани за изпълнител ще представим всички необходими документи за лицензиране на рентгеновия апарат.
3	**Пациентски монитори 4 бр.** Контролирани параметри: 3 или 5-канален ЕКГ кабел, SpO2, Периферен пулс, Неинвазивно кръвно налягане, дишане, температура Регулируеми алармени обхвати Дисплей ≥ 12 " Вградена батерия	**Пациентски монитори Mindray iMEC 4 бр.** Контролирани параметри: 3 ЕКГ кабел, SpO2, Периферен пулс, Неинвазивно кръвно налягане, дишане, температура Регулируеми алармени обхвати Дисплей 15" Вградена батерия
4	**Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед** Мобилна цифрова платформа на количка Кадрова честота до минимум 1400 Hz Пълен честотен обхват минимум 1-22 MHz показван на екрана. Динамичен обхват минимум 250dB мин. 19 "основен цветен дисплей с резолюция мин. „FullHD“ 1920x1080 Цветен сензорен екран за избор на режим и параметри Режими: 2D, M-мод, PW(пулсов доплер), CW(продължителен доплер), HPRF (високоскоростен пулсов доплер), Color (цветен доплер), Power (Мощностен	**Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед** **Mindray DC-40** Мобилна цифрова платформа на количка Кадрова честота до 1400 Hz Пълен честотен обхват 1-22 MHz показван на екрана. Динамичен обхват 250dB 21.5 "основен цветен дисплей с резолюция. „FullHD“ 1920x1080 Цветен сензорен екран за избор на режим и параметри Режими: 2D, M-мод, PW(пулсов доплер), CW(продължителен доплер), HPRF

	доплер), Directional Power doppler (дирекционален мощностен доплер) 3 активни порта за трансдюсери Линеен трансдюсер от 3 до 13 MHz с дълбочина на пониквane минимум 100 мм Конвексен трансдюсер от 1 до 8 MHz с дълбочина на пониквane минимум 410 мм Минимум 3 поставки за трансдюсери с възможност за лесно сваляне за почистване и дезинфекция.	(високоскоростен пулсов доплер), Color (цветен доплер), Power (Мощностен доплер), Directional Power doppler (дирекционален мощностен доплер) 4 активни порта за трансдюсери Линеен трансдюсер от 3 до 13 MHz с дълбочина на пониквane 100 мм Конвексен трансдюсер от 1 до 8 MHz с дълбочина на пониквane 410 мм 5 поставки за трансдюсери с възможност за лесно сваляне за почистване и дезинфекция.
5	**Транспортен инкубатор за новородени** Контрол на температурата - въздух - 20 ~ 39° C Контрол на температурата - кожа - 34 ~ 38° C O2 - контрол 21 до 80% Влажност 60% AC захранване: 220 V, 50/60 Hz DC захранване: 12 V Захранване на батерията - не по-малко от 4 часа автономия Микропроцесорно управление и аларми. аксесоари за фиксиране върху носилка	**Транспортен инкубатор за новородени** **Drager Isolette® TI500** Контрол на температурата - въздух - 20 ~ 39° C Контрол на температурата - кожа - 34 ~ 38° C O2 - контрол 21 до 80% Влажност 60% AC захранване: 220 V, 50/60 Hz DC захранване: 12 V Захранване на батерията - 5 часа автономия Микропроцесорно управление и аларми. аксесоари за фиксиране върху носилка
6	**Автоклав** Камера и външни панели от неръждаема стомана за лесно почистване Механизъм предотвратява отварянето на вратата, докато камерата е под налягане. Автоматично изключване при прегряване Автоматично изключване при липса на вода Обем на камерата между 30-40 литра Ниска консумация на електроенергия до 2000W	**Автоклав Tuttnauer 3140E** Камера и външни панели от неръждаема стомана за лесно почистване Механизъм предотвратява отварянето на вратата, докато камерата е под налягане. Автоматично изключване при прегряване Автоматично изключване при липса на вода Обем на камерата между 34 литра Ниска консумация на електроенергия до 2000W

	Мощност: 230V (50Hz)	Мощност: 230V (50Hz)
7	**Ултразвуков инхалатор** Ултразвуков инхалатор за овлажняване на трахеални и бронхиални лигавици, терапия на заболявания на бронхите и медикаментозна терапия Среден размер на аерозолните капчици <4 μm Регулируем въздушен поток и продължителност на терапията	**Ултразвуков инхалатор** **Omron C28** Ултразвуков инхалатор за овлажняване на трахеални и бронхиални лигавици, терапия на заболявания на бронхите и медикаментозна терапия Среден размер на аерозолните капчици 3 μm Регулируем въздушен поток и продължителност на терапията
8	**Транспортен респиратор** Авариен и транспортен вентилатор с минимум 5-инчов цветен дисплей с макс. тегло 2,5 кг и акумулаторна батерия с време на работа до 10 ч за професионална употреба в спешни медицински служби и болници. Вентилационни режима с контрол на налягането IPPV(интермитентна вентилация с позитивно налягане), SIMV (Синхронизирана интермитентна мандаторна вентилация) , S-IPPV (синхронизирана интермитентна вентилация с положително налягане) или аналог. режим на спонтанна вентилация с продължително позитивно налягане CPAP или аналог неинвазивна вентилация NIV с маска или аналог.	**Транспортен респиратор** **Airliquide, Monnal T75** Авариен и транспортен вентилатор с минимум 5-инчов цветен дисплей с макс. тегло 2,5 кг и акумулаторна батерия с време на работа до 10 ч за професионална употреба в спешни медицински служби и болници. Вентилационни режима с контрол на налягането IPPV(интермитентна вентилация с позитивно налягане), SIMV (Синхронизирана интермитентна мандаторна вентилация) , S-IPPV (синхронизирана интермитентна вентилация с положително налягане) или аналог. режим на спонтанна вентилация с продължително позитивно налягане CPAP или аналог неинвазивна вентилация NIV с маска или аналог.

3. Срок и място на изпълнение

3.1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и изтича след изтичането гаранционните срокове на автомобила, трансформацията и медицинското оборудване, предмет на договора посочени в точки 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4 и удовлетворяване на всички претенции на възложителя, свързани с гаранционната отговорност на изпълнителя.

3.1.1. Срокът за доставка на оборудването е до 180 (сто и осемдесет) календарни дни след подаване на заявка от възложителя.
3.1.2. Гаранционно обслужване на мобилния кардиологичен център /автомобил и медицинско оборудване/ след трансформацията - 2 (словом: две) години, считано от датата на приемане на доставката с предавателно- приемателен протокол и фактура в оригинал при кумулативно настъпване на събитията:
- прехвърляне на собствеността на автомобила,
- регистрацията в КАТ
- лицензиране на рентгеновия апарат пред АЯР

Гаранционното обслужване на автомобила ще се извършва в оторизирани от производителя сервизи за територията на Република България.
3.2. Място на доставка: гр. Берковица 3500, пл. Йордан Радичков 4.

Възложителят изисква към техническото си предложение участниците да приложат:

1. документи (каталози, проспекти и/или брошури на производителя в превод на български език) с описание на техническите параметри/характеристики на предлаганите мобилен кардиологичен център (в т.ч. на базовия автомобил) и извършената трансформация/конверсия, както и на доставяното медицинско оборудване, заверени с подпис и печат и посочени имена на лицето, което подписва. Документите се изискват с цел да се установи съответствието с минималните технически изисквания на предлаганите мобилен кардиологичен център, трансформацията и медицинското оборудване и да се докажат данните, декларирани в техническото предложение.
2. копия на декларации или сертификати за съответствие по Директива 93/42/ЕЕС за медицинското оборудване, снабдени с превод на български език, заверени с подпис и печат и посочени имена на лицето, което подписва.
3. копия на тестови сертификати, издадени от сертифицирана лаборатория, потвърждаващи преминати тестове, проведени в съответствие с изискванията на стандарт EN1789:2007 +A2:2014 или еквивалент за предлаганата марка/модел базов автомобил, на името на производителя на модификацията, както и за системите и оборудването, по отношение на което в техническата спецификация е

посочено, че такива сертификати се изискват, снабдени с превод на български език, заверени с подпис и печат и посочени имена на лицето, което подписва.

4. в случай че участникът не е производител - оригинал или копие на оторизационно писмо или на друг еквивалентен документ, изходящ от производителя на автомобила, на базата на който е изработен мобилният кардиологичен център, или от упълномощено от него лице, дадено на участника в процедурата, с предоставени права да предлага и доставя марката базов автомобил, да модифицира базовия автомобил, да извършва гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на автомобила в посочен оторизиран сервиз за територията на Република България, с превод на български език, заверен с подпис и печат и посочени имена на лицето, което подписва. Ако участникът е производител, представя се документ, удостоверяващ качеството на участника на производител на предлаганата марка базов автомобил.
5. в случай че участникът не е производител - оригинал или копие на оторизационно писмо или на друг еквивалентен документ, изходящ от производителя на медицинското оборудване или от упълномощено от него лице, дадено на участника в процедурата, с предоставени права да предлага и доставя медицинското оборудване, с превод на български език, заверен с подпис и печат и посочени имена на лицето, което подписва. Ако участникът е производител, представя се документ, удостоверяващ качеството на участника на производител на предлаганата марка медицинско оборудване.

В техническото предложение участниците следва да представят подробна информация относно техническите характеристики (параметри) на предлагания мобилен кардиологичен център и на медицинското оборудване. За всеки параметър да се посочи номер на страница и място в документа, с който се доказва, на съответното място в документа следва да се маркира текстът или стойността и да се отбележи за кой параметър се отнася.

В случай, че не е упоменат брой на артикул от техническата спецификация, участникът следва да се ръководи от таблица 9 на стандарт EN 1789:2010+A2:2014 или еквивалент.

4. Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Ако техническото предложение от офертата на участник не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, тъй като е представил оферта, неотговаряща на това предварително обявено условие.

6. В случай че в техническа спецификация или на друго място в документацията за участие е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, същите се допълват и следва да се разбират с думите "или еквивалентно/и" на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

7. Изпълнителят се задължава при условията на договора за изпълнение на обществената поръчка да достави специализирания автомобил, оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата), както окомплектован съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума. комплект инструменти за смяна на гуми и др., с извършен предпродажбен сервиз и зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени данъци, мита. такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация; други документи, приложения и аксесоари, изискващи се съгласно условията но поръчката и офертата на Изпълнителя; всички условия на техническата спецификация и всички елементи от техническото предложение на Изпълнителя.
Изпълнителят се задължава да извърши в КАТ и съответните органи на власт регистрация на доставения специализиран автомобил, като таксите ще са за сметка на изпълнителя.

Всички разходи за доставка, прехвърляне на собствеността па Възложителя, регистрацията в КАТ и лицензирането пред АЯР са за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да предаде па Възложителя документацията за регистрация, регистрационни табели и други документи.

Изпълнителят следва да представи общите си условия относно гаранцията на доставения специализиран автомобил.

Възложителят има право да прегледа специализирания автомобил за явни несъответствия и дефекти, при условията на проекта на договор.

8. В случай че в техническа спецификация или на друго място в документацията за участие е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, се допълва с думите **„или еквивалентно/и”** на основание чл. 49, ал. 2 от ЗОП.

Заличена информация на
осн. Чл.42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
АДРЕС: гр. Берковица ПК3500
пл. „Йордан Радичков“ № 4,

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“.

От: **Бултехномед ООД**,
(Наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: **гр. Пловдив ул. Богомил № 91**,
ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: **115863679**,
ДДС №: **BG115863679**,
тел. **032/649803**, факс: **032/649805**, e-mail: office@bultechnomed.bg,
представлявано от **Янко Борисов Бизов**
в качеството му на **Управител**

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ВЕЛИСЛАВОВА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарната консултация и при условията на Българското законодателство.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на плануваната от Вас обществена поръчка, е както следва: 1 080 320 лв. (словом един милион осемдесет хиляди лева триста и двадесет) без ДДС.

Подпис и печат:
Дата: 22/10/20
Име и фамили
Длъжност: Уп
Наименовани

Заличена информация на
осн. Чл.42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД